

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir

Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG

ASSISTENT®

Stettener Str. 22-24

97647 Sondheim/Rhön / Germany

SRN: DE-MF-000006553

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt

Zählkammern aus Glas	Ausführung				
Zählnetze	einfach	doppelt	doppelt mit Federklammer	doppelt, hell-linig	doppelt, hell-linig mit Federklammer
Thoma	40440701	40440702	40440703	40440712	
Neubauer	40441701	40441702	40441703	40441712	
Neubauer improved		40442702		40442712	
Bürker	40443701	40773702	40443703	40443712	40443713
Türk		40444702			
Bürker-Türk		40445702	40445703		
Nageotte	40446701	40446702			
Thoma neu	40447701	40447702	40447703		
Fuchs-Rosenthal	40449701	40449702	40449703	40449712	40449713
Jessen		40450702			
Schilling Kreuznetz		40452702			
Malassez	40453701	40453702			

Basis-UDI-DI: 4251054440440RA

Risikoklasse Anhang VIII:	Regel 5	Klasse: A
--	----------------	----------------------------



allen Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/746 über In-Vitro-Diagnostika entspricht.

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang II

Sondheim/Rhön, den 23.05.2022

Ort, Datum

Glaswarenfabrik
Karl Hecht GmbH & Co. KG
97647 Sondheim/Rhön
Bayern, Germany

Thomas Diepholtz / CEO
Name (function)

Tel.: +49 9779/808-0
Fax: +49 9779/808-88

Stettener Str. 22-24
97647 Sondheim/Rhön · Germany

E-Mail: info@hecht-assistent.de
Internet: http://www.assistent.eu

Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG | Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063 | USt.IdNr./VAT-No.: DE132198535
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hecht GmbH | AG Schweinfurt HRB1160
Geschäftsführer: Karl-Heinz Hecht, Thomas Diepholtz | Einzelprokura: Tonja Müller